

<b>STN</b>	<b>Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-33: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov magnetickej rezonancie na zdravotnícku diagnostiku. Oprava AC</b>	<b>STN EN 60601-2-33/AC</b>
		36 4800

Medical electrical equipment.Part 2-33:Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.  
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola oznámená vo Vestníku ÚNMS SR č. 07/16

Obsahuje: EN 60601-2-33:2010/AC Mar.:2016, IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016

**123123**

---

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2016  
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy  
rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM

**EN 60601-2-33:2010/AC:2016-  
03**

March 2016

---

ICS 11.040.55

English Version

**Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements  
for the basic safety and essential performance of magnetic  
resonance equipment for medical diagnosis  
(IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016)**

Appareils électromédicaux - Partie 2-33: Exigences  
particulières pour la sécurité de base et les performances  
essentielles des appareils à résonance magnétique utilisés  
pour le diagnostic médical  
(IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016)

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-33: Besondere  
Festlegungen für die Sicherheit von  
Magnetresonanzeräten für die medizinische Diagnostik  
(IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016)

This corrigendum becomes effective on 4 March 2016 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique  
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

**CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels**

**Endorsement notice**

The text of the corrigendum IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016 was approved by CENELEC as EN 60601-2-33:2010/AC:2016-03 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 60601-2-33**  
Edition 3.0 2010-03

**IEC 60601-2-33**  
Édition 3.0 2010-03

**Medical electrical equipment –**

**Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis**

**Appareils électromédicaux –**

**Partie 2-33: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils à résonance magnétique utilisés pour le diagnostic médical**

**C O R R I G E N D U M 2**

**201.12.4.102.3.3 Limits related to peripheral nerve stimulation (PNS)**

*Add, in the first and second dash of item a):*

"mean" before "PNS THRESHOLD LEVEL".

**201.12.4.102.3.3 Limites liées à la stimulation du nerf périphérique (SNP)**

*Ajouter, dans le premier et deuxième tiret du point a):*

"moyen" après "NIVEAU DE SEUIL DE SNP".