

| | | |
|------------|---|---|
| STN | Elektromagnetická kompatibilita. Elektrické zariadenia na zisťovanie a meranie horľavých plynov, toxických plynov alebo kyslíka. Oprava AC | STN EN 50270/AC 37 8315 |
|------------|---|---|

Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola oznámená vo Vestníku ÚNMS SR č. 12/16

Obsahuje: EN 50270:2015/AC Aug.:2016

124035

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2017
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.



Corrigendum to EN 50270:2015

English version

-
- In Table 3, in line 3.4 and 3.5, in column "Remarks", replace the actual text by the following:

"Notes 4 and 5.

Performance criterion A may be achieved by use of a redundant power supply whose properties shall be described in the instruction manual. In this case, performance criterion C shall be fulfilled when operated without the redundant power supply."

- In Table 3, delete the sentence below NOTE 5.
- In Table 4, in line 4.2 and 4.3, in column "Remarks", replace the actual text content by the following:

"Voltage shift at zero crossing.

Performance criterion A may be achieved by use of a redundant power supply whose properties shall be described in the instruction manual. In this case, performance criterion C shall be fulfilled when operated without the redundant power supply."

- In Table 4, delete the sentence above the NOTE.
-

August 2016