

STN	Fotovoltické súčiastky Časť 4: Referenčné solárne súčiastky Postupy na určenie spätnej sledovateľnosti kalibrácie Oprava AC	STN EN IEC 60904-4/AC 36 4606
------------	--	---

Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar devices - Procedures for establishing calibration traceability

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola oznámená vo Vestníku ÚNMS SR č. 12/20

Obsahuje: EN IEC 60904-4:2019/AC Oct.:2020, IEC 60904-4:2019/COR1:2020

132215

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

**EN IEC 60904-
4:2019/AC:2020-10**

October 2020

ICS 27.160

English Version

**Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar devices -
Procedures for establishing calibration traceability
(IEC 60904-4:2019/COR1:2020)**

Dispositifs photovoltaïques - Partie 4: Dispositifs
photovoltaïques de référence - Procédures pour établir la
traçabilité de l'étalonnage
(IEC 60904-4:2019/COR1:2020)

Photovoltaische Einrichtungen - Teil 4: Referenz-
Solarelemente - Verfahren zur Feststellung der
Rückverfolgbarkeit der Kalibrierung
(IEC 60904-4:2019/COR1:2020)

This corrigendum becomes effective on 9 October 2020 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 60904-4:2019/COR1:2020 was approved by CENELEC as EN IEC 60904-4:2019/AC:2020-10 without any modification.

IEC 60904-4:2019/COR1:2020
© IEC 2020

– 1 –

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60904-4
Edition 2.0 2019-11

IEC 60904-4
Édition 2.0 2019-11

PHOTOVOLTAIC DEVICES –

DISPOSITIFS PHOTOVOLTAÏQUES –

**Part 4: Photovoltaic reference devices –
Procedures for establishing calibration
traceability**

**Partie 4: Dispositifs photovoltaïques de
référence – Procédures pour établir la traçabilité
de l'étalonnage**

CORRIGENDUM 1

A.4.4 Data analysis

A.4.4 Analyse des données

Replace existing formula (A.15) by the following:

Remplacer la formule (A.15) existante par ce qui suit:

$$CV = I_{SC} \frac{\int_0^{\infty} E_{\text{ref}}(\lambda) s(\lambda) d\lambda}{\int_0^{\infty} E_{\text{meas}}(\lambda) s(\lambda) d\lambda} \quad (\text{A.15})$$

$$CV = I_{SC} \frac{\int_0^{\infty} E_{\text{ref}}(\lambda) s(\lambda) d\lambda}{\int_0^{\infty} E_{\text{meas}}(\lambda) s(\lambda) d\lambda} \quad (\text{A.15})$$