

STN	Metódy skúšania cementu Časť 2: Chemický rozbor cementu Oprava 1	STN EN 196-2/O1 72 2100
------------	---	---

Corrigendum

Corrigendum

Berichtigung

STN EN 196-2 Metódy skúšania cementu. Časť 2: Chemický rozbor cementu z decembra 2013 sa opravuje takto:

4.5.19.5 Postup

V prvom odseku v druhej vete sa „línia draslíka pri 758 nm“ opravuje na „línia draslíka pri 768 nm“.

135143

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2022

Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia je chránená zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.

Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

STN EN 196-2/O1

Vydal a vytlačil:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15

Rok vydania 2022, strán 2, č. publ. 135143